



EU-Konformitätserklärung
EU-Declaration of Conformity



Dokument Nr. / Document No. SE20148-11

Wir / we Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product

Gasmessgerät Typ P3S (Polytron 3000) / P3U, P3FB (Polytron 7000)
Gas Detection Instrument type P3S (Polytron 3000) / P3U, P3FB (Polytron 7000)

mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung / Expertise
is in conformity with the EU-Type Examination Certificate /
Expertise

BVS 03 ATEX E 406 X

ausgestellt von der notifizierten
Stelle mit der Kenn-Nr.
issued by the Notified Body
with Identification No.

DEKRA Testing and
Certification GmbH
Handwerkstr. 15
D-70565 Stuttgart
0158

und mit den folgenden Richtlinien unter Anwendung der aufgeführten Normen übereinstimmt
and is in compliance with the following directives by application of the listed standards

Bestimmungen der Richtlinie <i>provisions of directive</i>		Nummer sowie Ausgabedatum der Norm <i>Number and date of issue of standard</i>
2014/34/EU	ATEX-Richtlinie <i>ATEX Directive</i>	EN IEC 60079-0:2018 ¹⁾ , EN 60079-11:2012 ¹⁾
2014/30/EU	EMV-Richtlinie <i>EMC Directive</i>	EN 50270:2015+AC:2016 ⁴⁾ susceptibility: type 2 emission: type 1 EN 61326-1:2013 ³⁾ susceptibility: industrial environment emission: group 1, class B
2014/35/EU ²⁾	Niederspannungs-Richtlinie <i>Low Voltage Directive</i>	EN 61010-1:2010
2011/65/EU 2015/863/EU	RoHS-Richtlinie <i>RoHS Directive</i>	EN IEC 63000:2018

¹⁾ nur für explosionsgeschützte Varianten zutreffend / *only applicable for explosion-protected variants*

²⁾ nur für Varianten mit Relais-Modul zutreffend / *only applicable for variants with relay module*

³⁾ nur für Varianten mit PROFIBUS, Foundation Fieldbus oder LON / *only applicable for PROFIBUS, Foundation Fieldbus or LON variants*

⁴⁾ nicht für Varianten mit PROFIBUS, Foundation Fieldbus oder LON / *not applicable for PROFIBUS, Foundation Fieldbus or LON variants*

Überwachung der Qualitäts-
sicherung Produktion nach
Modul D durch
Surveillance of Quality Assurance
Production by (Module D)

DEKRA Testing and
Certification GmbH
Handwerkstr. 15
D-70565 Stuttgart
0158

Lübeck, 2023-02-14

Ort und Datum (jjjj-mm-tt)
Place and date (yyyy-mm-dd)

Dr. Marcus Romba
Head of Product Compliance
Safety Products
Research & Development Safety Division