



EU-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity



Dokument Nr. / Document No. SE20148-07

Wir / we Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product

Gasmessgerät Typ P3S (Polytron 3000) / P3U, P3FB (Polytron 7000)
Gas Detection Instrument type P3S (Polytron 3000) / P3U, P3FB (Polytron 7000)

mit der EG-Baumusterprüfbescheinigung / Expertise
is in conformity with the EC-Type Examination Certificate /
Expertise

BVS 03 ATEX E 406 X

ausgestellt von der benannten
Stelle mit der Kenn-Nr.
issued by the Notified Body
with Identification No.

DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstraße 9
D-44809 Bochum
0158

und mit den folgenden Richtlinien unter Anwendung der aufgeführten Normen übereinstimmt
and is in compliance with the following directives by application of the listed standards

Bestimmungen der Richtlinie provisions of directive		Nummer sowie Ausgabedatum der Norm Number and date of issue of standard
2014/34/EU	ATEX-Richtlinie ¹⁾ ATEX Directive ¹⁾	EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
2014/30/EU	EMV-Richtlinie EMC Directive	EN 50270:2015+AC:2016 ⁴⁾ susceptibility: type 2 emission: type 1 EN 61326-1:2013 ³⁾ susceptibility: industrial environment emission: group 1, class B
2014/35/EU	Niederspannungs-Richtlinie ²⁾ Low Voltage Directive ²⁾	EN 61010-1:2010
2011/65/EU	RoHS-Richtlinie RoHS Directive	EN 50581:2012

1) nur für explosionsgeschützte Varianten zutreffend / only applicable for explosion-protected variants

2) nur für Varianten mit Relais-Modul zutreffend / only applicable for variants with relay module

3) nur für Varianten mit PROFIBUS, Foundation Fieldbus oder LON / only applicable for PROFIBUS, Foundation Fieldbus or LON variants

4) nicht für Varianten mit PROFIBUS, Foundation Fieldbus oder LON / not applicable for PROFIBUS, Foundation Fieldbus or LON variants

Überwachung der Qualitäts-
sicherung Produktion durch
Surveillance of Quality Assurance
Production by


DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstraße 9
D-44809 Bochum
0158

Zertifikat-Nr.:
Certificat No.:

BVS 17 ATEX ZQS/E100

Lübeck, 2018-02-21

Ort und Datum (jjjj-mm-tt)
Place and date (yyyy-mm-dd)


Dr. Marcus Romba
Head of Electronic Engineering
Head of Product Qualification
Safety Products
Research & Develop